歯科材料(09)　歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用研磨器材 JMDN70907000

スリムポリッシングブラシ

【形状・構造及び原理等】

・形状、型式　　オーダーナンバー
　12 個入り・・・・・・・・・・・788-1000

・作業部:φ44㎜
・原理:歯科技工用電気レーズ等に装着し、レジン床、スルフォン床等の歯科補綴物の艶出しに用いる。

【使用目的又は効果】

・補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】

・スリムポリッシングブラシに研磨ペースト等を付ける。
・スリムポリッシングブラシを高速レーズ等に装着し、回転させ　　断続的に被切削物に研磨する。
・最大回転数:4,000rpm

【使用上の注意】

・本製品は、レーズメーカーの指示に従って、ブラシを確実に装着し、使用中にブラシが外れないように注意すること。
・使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
・目を保護するために保護めがねなどを使用すること。
・最大回転数を超えて使用しないこと。
・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名)RENFERT GmbH