歯科材料(07) 歯科用ワックス 一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

GEO ポンティックス

【形状・構造及び原理等】(**)

・形状、型式 オーダーナンバー セット ・・・・・・・・・・500-0000





上顎右側 臼歯 14-17 ・・・・500-0100 上顎前歯 12-22 ・・・・500-0200 上顎左側 臼歯 24-27 ・・・・500-0300 下顎左側 臼歯 34-37 ・・・・500-0400 下顎前歯 32-42 ・・・・500-0500 下顎右側 臼歯 44-47 ・・・・500-0600

・主成分:パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素

・原理:欠損部に合わせパターンを加工し、補綴物の蝋型を 作製するために使用する。

【使用目的又は効果】(**)

・修復物等の製作に用いる既製パターンをいう。材質は ワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に 該当するものを除く。

【使用方法等】(**)

- ・模型材の表面にピコセップなどのワックス分離材を塗布する。
- ・カービング・埋没は通法に従い作業をする。
- ・欠損部にあわせてパターンを加工して使用する。

【使用上の注意】(**)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように 注意すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った 時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(*)

【保管方法及び使有効期間等】(**)

- ・室温保管
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に 保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・ 管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】(**)

製造販売業者 株式会社日本歯科商社 製造業者 レンフェルト社(ドイツ) (英名)RENFERT GmbH