2016年01月 改正(第4版)(**)
2010年11月 改正(第3版)(*)

届出番号　13B2X10104030205

歯科材料(07)　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科用パターン成形品　JMDN31836030

GEO ワックススプルー

【形状・構造及び原理等】(**)

・形状、型式　　オーダーナンバー
　洋ナシ湯だまり付き・・・・・・・・501－1100

・主成分：パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素
・長さ：35mm
・スプルーヘッドの直径：6.6mm
・原理：洋ナシ状の湯だまりがついているワックスで、スプーリングを行うときに使用する。

【使用目的又は効果】(**)

・修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

【使用方法等】(**)

・リングのサイズに合わせて長さを調節し、ワックスパターンと固定をする。
・カービング・埋没は通法に従い作業する。

【使用上の注意】(**)

・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
・使用場所には消火器を備えること。
・他の製品と混用しないこと。
・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

・室温保管
・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
・使用及び保管場所には消火器を備えること。
・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名)RENFERT GmbH